

AEC Illuminazione Srl Via Augusto Righi 4 - ZI Castelnuovo 52010 Subbiano AR	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
	Revisione: 7	Data: 17/02/2025
	Sede A	pag. 1 di 2

ELENCO Prove Accreditate - Con Campo Fisso in Categoria: 0

Apparecchi di illuminazione - Misurazione e presentazione dei dati fotometrici di lampade e apparecchi di illuminazione - Misurazione e formato di file/Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Measurement and file format

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Par 05.4 - Misurazione assoluta della ripartizione dell'intensità luminosa/Luminous intensity distribution measurements, Par 05.5 - Misurazioni del flusso luminoso/Luminous flux measurements, Par 5.2.5 - Stabilizzazione della sorgente luminosa/Stabilization of the source	EN 13032-1:2004/A1:2012	—	

Apparecchiature per illuminazione generale/Equipment for general lighting purpose

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Flicker ottico/Optic flicker	IEEE Std 1789:2015	—	
Immunità allo sfarfallio della luce oggettiva e alle fluttuazioni di tensione/Objective light flickermeter and voltage fluctuation immunity - solo/only Misura delle prestazioni intrinseche, in termini di flicker di illuminamento, di tutte le apparecchiature di illuminazione senza l'applicazione di fluttuazione di tensione; durante questa misura, le apparecchiature di illuminazione sono alimentate da una sorgente stabile - Measuring the intrinsic performance of all lighting equipment without the application of voltage fluctuations in terms of illuminance flicker; during the measurement, the lighting equipment is supplied with a stable mains.	IEC TR 61547-1:2020	—	
Valutazione dell'effetto stroboscopico degli apparecchi di illuminazione/Test method for stroboscopic effects of lighting equipment - solo/only Prove delle prestazioni intrinseche delle apparecchiature di illuminazione (Sorgente luminosa come EUT) - Tests of the intrinsic performance of light equipment (luminous source as EUT)	IEC TR 63158:2018	—	

Apparecchiature per illuminazione generale/Equipment for general lighting purpose - solo/only Annex A

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
BUG rating/BUG rating - solo/only Annex A	ANSI/IEC TM15-2020	—	

Lampade e apparecchi di illuminazione - Lampade LED, moduli e apparecchi di illuminazione/Lamps and luminaires - LED lamps, modules and luminaires

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Cromaticità dei prodotti di illuminazione allo stato solido/Chromaticity of solid-state lighting products	ANSI/NEMA C78.377:2024	—	
Par 06.2 - Misura del flusso luminoso totale/Measurement of total luminous flux, Par 06.3 - Flusso luminoso parziale/Partial luminous flux, Par 06.4 - Efficacia luminosa/Luminous efficacy, Par 06.5 - Distribuzione dell'intensità luminosa e presentazione dei dati/Luminous intensity distribution and data presentation, Par 06.6 - Intensità del fascio centrale e angoli del fascio/Centre beam intensity and beam angles, Par 07.1.1 c - Valori medi nello spazio/Spatially averaged values, Par 07.1.1a - Lungo una direzione specifica/Along a specific direction, Par 07.1.2 - Temperatura di colore correlata (con fonti di luce LED)/Correlated colour temperature (with LED light sources), Par 07.1.3 - Indici di resa cromatica (con fonti di luce LED)/Colour rendering indices (with LED light sources)	CIE S025/E:2015, EN 13032-4:2015/A1:2019, UNI EN 13032-4:2019	—	

Prodotti di illuminazione a stato solido/Solid-State Lighting Products

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Caratterizzazione delle proprietà ottiche ed elettriche in funzione della temperatura/Characterization of optical and electrical properties as a function of temperature	ANSI/IES LM-82-20	—	
Misure elettriche e fotometriche/Electrical and Photometric Measurements	IES LM-79-08, IES LM-79-19	—	

AEC Illuminazione Srl Via Augusto Righi 4 - ZI Castelnuovo 52010 Subbiano AR	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
	Revisione: 7	Data: 17/02/2025
	Sede A	pag. 2 di 2

Legenda/Note

Il simbolo (1), se presente, indica: "Materiale/Prodotto/Matrice" non previsto dal metodo ma assimilabile/The symbol (1), if present, means: Material/Product/Matrix not provided for by the method but acceptable
 Per la definizione della "categoria" di prova indicata nel titolo, si veda il Regolamento Generale ACCREDIA RG-02/For the definition of the test "category" indicated in the title, see ACCREDIA General Regulation RG-02.

Il QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per verificare la validità dell'elenco prove e del certificato di accreditamento rilasciato al laboratorio/The QRcode allows to directly access to the website www.accredia.it to verify the validity of the test list and of the accreditation certificate issued to the laboratory.

L'eventuale simbolo "X" riportato nella colonna "O&I" indica che il laboratorio è accreditato anche per fornire opinioni e interpretazioni basate sui risultati delle specifiche prove contrassegnate/Any "X" symbol in the "O&I" column indicates that the laboratory is also accredited to provide opinions and interpretations based on the results of the specific marked tests.

L'eventuale simbolo (*) indica che è attiva una sospensione dell'accREDITAMENTO per la specifica attività riportata a fianco/Any symbol (*) indicates that a suspension of accreditation is active for the specific activity shown next to it.

