

ARPAC AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA Area Analitica Dipartimento di Caserta Via Arena, Corpo 5 - Centro Direzionale (Loc. San Benedetto) 81100 Caserta CE	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
	Revisione: 19	Data: 03/06/2024
	Sede D	pag. 1 di 2

ELENCO PROVE ACCREDITATE - CON CAMPO FISSO IN CATEGORIA: 0

Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1), Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1)

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Conducibilità/Conductivity (133µS/cm - 11.67 mS/cm, a 20°C)	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	Conduttimetria	
pH/pH (da 4.01 a 9.21 unità pH)	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	Potenziometria	

Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina (1)/Swimming pool waters (1), Acque minerali naturali/Natural mineral waters

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Anioni/Anions : Cloruri/Chloride, Fluoruri/Fluoride, Nitrati/Nitrate, Nitriti/Nitrite, Solfati/Sulphates (Fluoruro: ≥ 0,1mg/L - Cloruro, Nitrato, Solfato: ≥ 0,5mg/L - Nitrato: ≥ 0,5mg/L, Nitrito ≥ 0,005mg/L)	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	IC	
Microorganismi vitali a 22°C/Microorganisms at 22°C, Microorganismi vitali a 36°C/Microorganisms at 36°C (0-300 UFC/1 mL)	UNI EN ISO 6222:2001	Metodo colturale-conta	

Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Batteri coliformi/Coliform bacteria, Escherichia coli/Escherichia coli (0-201 MPN/100 mL)	UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN	
Enterococchi intestinali/Intestinal enterococci (0-80 UFC/100 mL)	UNI EN ISO 7899-2:2003	Metodo colturale-conta	

Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque minerali naturali/Natural mineral waters

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Calcio/Calcium, Durezza (da calcolo)/Hardness (calculation), Ione Ammonio/Ammonium ion, Magnesio/Magnesium, Potassio/Potassium, Sodio/Sodium (Sodio, Potassio, Magnesio, Calcio ≥ 0,5mg/L - Durezza ≥ 1°F - Ammonio ≥ 0,1 mg/L)	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	IC	

Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque di piscina/Swimming pool waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1)

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Alluminio/Aluminium, Arsenico/Arsenic, Cadmio/Cadmium, Cromo/Chromium, Ferro/Iron, Manganese/Manganese, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Rame/Copper, Selenio/Selenium, Vanadio/Vanadium (Alluminio ≥ 1 µg/L - Antimonio ≥ 1 µg/L - Arsenico ≥ 1µg/L - Boro ≥ 0,1mg/L - Cadmio ≥ 0,5µg/L - Cromo ≥ 1 µg/L - Ferro ≥ 1 µg/L - Manganese ≥ 1 µg/L - Mercurio ≥ 0,1 µg/L - Nichel ≥ 1 µg/L - Piombo ≥ 1 µg/L - Rame ≥ 0,1 mg/L - Selenio ≥ 1 µg/L - Vanadio ≥ 1 µg/L - Uranio ≥ 1 µg/L)	UNI EN ISO 17294-2:2023	ICP-MS	
Pseudomonas aeruginosa/Pseudomonas aeruginosa (0-201 MPN/100 mL; 0-1020 MPN/250 mL)	ISO 16266-2:2018	MPN	

Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1)

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Anioni/Anions : Bromuri/Bromide (Bromuro: ≥ 0,005mg/L)	UNI EN ISO 10304-1:2009	IC	
Anioni/Anions : Clorati/Chlorate, Cloriti/Chlorite (Clorato, Clorito ≥ 0,01mg/L)	UNI EN ISO 10304-4:2022	IC	

Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque minerali naturali (1)/Natural mineral waters (1), Acque naturali/Natural waters

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Anioni/Anions : Bromati/Bromate (Bromato ≥ 3µg/L)	UNI EN ISO 15061:2001	IC	

ARPAC AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA Area Analitica Dipartimento di Caserta Via Arena, Corpo 5 - Centro Direzionale (Loc. San Benedetto) 81100 Caserta CE	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
	Revisione: 19	Data: 03/06/2024
	Sede D	pag. 2 di 2

Litio/Lithium (Litio $\geq 3\mu\text{g/L}$)

UNI EN ISO 14911:2001

IC

Acque di balneazione/Bathing waters, Acque di mare/Marine waters

Denominazione della prova / Campi di prova

Metodo di prova

Tecnica di prova

O&I

Escherichia coli/Escherichia coli (0-2005 MPN/100 mL)

UNI EN ISO 9308-2:2014

MPN

Aria ambiente/Ambient air

Denominazione della prova / Campi di prova

Metodo di prova

Tecnica di prova

O&I

Granuli pollinici e spore fungine aerodisperse/Pollen grains and fungal spores (0 - 10000 pollini/metro cubo al giorno)

UNI 11108:2004

Microscopia ottica

Legenda/Note

Il simbolo (1), se presente, indica: "Materiale/Prodotto/Matrice" non previsto dal metodo ma assimilabile/The symbol (1), if present, means: Material/Product/Matrix not provided for by the method but acceptable
Per la definizione della "categoria" di prova indicata nel titolo, si veda il Regolamento Generale ACCREDIA RG-02.

UNI = Ente Nazionale Italiano di Unificazione
EN = European Committee for Standardization
ISO = International Organization for Standardization
AOAC = AOAC INTERNATIONAL
APAT = Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
APHA = American Public Health Association
AFNOR = Association Francaise de Normalisation
CNR IRSA = Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerche sulle Acque
DGRV = Decreto Giunta Regionale Veneto
DLgs = Decreto Legislativo
DM = Decreto Ministeriale della Repubblica Italiana
EN = Comitato Europeo di Normazione
EPA = Environmental Protection Agency of USA
EU / IFE = International Dairy Federation

Il QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per verificare la validità dell'elenco prove e del certificato di accreditamento rilasciato al laboratorio.

L'eventuale simbolo "X" riportato nella colonna "O&I" indica che il laboratorio è accreditato anche per fornire opinioni e interpretazioni basate sui risultati delle specifiche prove contrassegnate.

L'eventuale simbolo (*) indica che è attiva una sospensione dell'accREDITAMENTO per la specifica attività riportata a fianco

