

<b>Eurac Research - Laboratorio terraXcube</b>  Via Ipazia 2 39100 Bolzano BZ	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
	Revisione: <b>4</b> <span style="float: right;">Data: <b>23/06/2023</b></span>
	Sede <b>B</b> <span style="float: right;">pag. <b>1</b> di <b>1</b></span>

## ELENCO PROVE ACCREDITATE - CON CAMPO FISSO IN CATEGORIA: 0

**Apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche, componenti e materiali/Electric, electronic and mechanical equipment, components and materials, Organismi e campioni biologici animali e vegetali/Animal and plant biological organisms and samples**

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&amp;I</i>
Prove ambientali - Prova A: Freddo/Environmental testing - Test A: Cold (da -40 °C a 5 °C)	CEI EN 60068-2-1:2007, IEC 60068-2-1:2007	—	
Prove ambientali - Prova B: Caldo secco/Environmental testing - Test B: Dry heat (da 5 °C a 60 °C)	CEI EN 60068-2-2:2008, IEC 60068-2-2:2007	—	
Prove ambientali - Prova M: Bassa pressione atmosferica/Environmental testing - Test M: Low air pressure (da 106 kPa (1000 m altitudine) a 31 kPa (9000 m altitudine))	IEC 60068-2-13:2021	—	
Prove ambientali - Prove combinate di temperatura o temperatura e umidità con bassa pressione/Environmental testing - Combined temperature or temperature and humidity with low air pressure tests (da 106 kPa (1000 m altitudine) a a 31 kPa (9000 m altitudine); da -40°C a 60°C)	CEI EN 60068-2-39:2016, IEC 60068-2-39:2015 - solo/only §4.4.2 Prove combinate di temperatura e pressione bassa dell'aria	—	

### Legenda/Note

L'eventuale simbolo (1) in corrispondenza della matrice indica:matrice non prevista dal metodo ma assimilabile/matrix not provided for by the method but acceptable

Per la definizione della "categoria" di prova indicata nel titolo, si veda il Regolamento Generale ACCREDIA RG-02.

Il QRcode consente di accedere direttamente al sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it) per verificare la validità dell'elenco prove e del certificato di accreditamento rilasciato al laboratorio.

L'eventuale simbolo "X" riportato nella colonna "O&I" indica che il laboratorio è accreditato anche per fornire opinioni e interpretazioni basate sui risultati delle specifiche prove contrassegnate.

L'eventuale simbolo (\*) indica che è attiva una sospensione dell'accREDITAMENTO per la specifica attività riportata a fianco

