

AMSPEC ITALIA S.R.L. Via Ghebba 105 30034 Oriago di Mira VE	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
	Revisione: 3 Data: 17/01/2024
	Sede A pag. 1 di 1

ELENCO PROVE ACCREDITATE - CON CAMPO FISSO IN CATEGORIA: 0

Biodiesel/Biodiesel fuel, Combustibili liquidi/Liquid fuels

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Punto di infiammabilità/Flash point (40÷200°C)	UNI EN ISO 2719:2021	Pensky-Martens in vaso chiuso	

Carburanti per autotrazione/Automotive fuels

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Zolfo/Sulphur (3-100 mg/kg)	UNI EN ISO 20846:2020	Spettrofotometria UV fluorescenza	

Oli lubrificanti base/Lubricating base oils, Prodotti petroliferi/Petroleum products

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Acqua/Water (0.008-0.100% (m/m))	UNI EN ISO 12937:2001	Titrimetria	

Petrolio grezzo/Crude petroleum, Prodotti petroliferi/Petroleum products

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Massa volumica (densità)/Density (700-950 kg/m ³)	UNI EN ISO 12185:1999	Metodo del tubo ad U oscillante	

Prodotti petroliferi liquidi/Liquid petroleum products

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Esteri metilici acidi grassi (FAME)/Fatty acids methyl esters (FAME) (0.05-10% (V/V))	UNI EN 14078:2014	Spettrofotometria IR	

Legenda/Note

Il simbolo (1), se presente, indica: "Materiale/Prodotto/Matrice" non previsto dal metodo ma assimilabile/The symbol (1), if present, means: Material/Product/Matrix not provided for by the method but acceptable
Per la definizione della "categoria" di prova indicata nel titolo, si veda il Regolamento Generale ACCREDIA RG-02.

Il QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per verificare la validità dell'elenco prove e del certificato di accreditamento rilasciato al laboratorio.

L'eventuale simbolo "X" riportato nella colonna "O&I" indica che il laboratorio è accreditato anche per fornire opinioni e interpretazioni basate sui risultati delle specifiche prove contrassegnate.

L'eventuale simbolo (*) indica che è attiva una sospensione dell'accreditamento per la specifica attività riportata a fianco

