

Laboratorio di Sanità Pubblica Area Vasta Toscana Sud Est Strada del Ruffolo, 4 53100 Siena SI	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
	Revisione: 43	Data: 16/04/2025
	Sede A	pag. 1 di 3

ELENCO Prove Accreditate - Con Campo Fisso in Categoria: 0

Acque da torri di raffreddamento/Cooling towers waters, Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque destinate all'umidificazione dell'aria/Water intended for air humidification, Acque industriali/Industrial waters, Acque sanitarie/Domestic waters

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Legionella spp, Legionella pneumophila (sierogruppo 1 e sierogruppi 2-15)/Legionella spp, Legionella pneumophila (serogroup 1 and serogroup 2-15)	ISO 11731:2017	Metodo colturale + sieroagglutinazione al lattice	
Acque destinate al consumo umano/Drinking waters			
Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Amianto/Asbestos : Fibre di amianto/Asbestos fibers	ISS.EAA.000:2015	Microscopia elettronica: SEM	
Acque di processo (1)/Process waters (1)			
Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Batteri coliformi/Coliform bacteria, Escherichia coli/Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN	
Microorganismi vitali a 22°C/Microorganisms at 22°C, Microorganismi vitali a 36°C/Microorganisms at 36°C	UNI EN ISO 6222:2001	Metodo colturale-conta	
Garze in tessuto non tessuto/Gauzes in non-woven fabric			
Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
5-fluorouracile/5-fluorouracil, Ciclofosfamida/Cyclophosphamide, Ifosfamida/Ifosfamide, Metotrexato/Methotrexate (Ifosfamida e Methotrexate >2 ng/campione; 5-Fluorouracile e Ciclofosfamida >1 ng/campione)	MP 176 2021 Ed. 2 Rev. 3	HPLC-MS/MS	
Membrane filtranti in PVC/PVC filter membranes			
Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Cromo esavalente (Cr VI)/Hexavalent Chromium (Cr VI) (0,010-12 µg/campione)	MP 009 2024 Ed 2 Rev. 0	—	
Membrane filtranti in PVC/PVC filter membranes, Membrane filtranti in spugna poliuretana/Polyurethane foam filter membranes			
Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Cristobalite/Cristobalite, Quarzo/Quartz, Silice libera cristallina/Free Crystalline silica (Quarzo su PVC 9-400 µg/campione, Quarzo su spugna poliuretana 10-400 µg/campione, Cristobalite su PVC 8 - 400 µg/campione, Cristobalite su spugna poliuretana 14-400 µg/campione)	MP 015 2024 Rev. 10	Diffrazione a raggi X	
Pad in tessuto non tessuto/Pad in non-woven fabric, Wipe test in tessuto non tessuto/Wipe test in non-woven fabric			
Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Platino/Platinum (Wipe: >0,5 ng/campione; Pad >0,1 ng/campione)	MP 107c 2024 Ed 2 Rev. 0	ICP-MS	
Sangue intero umano/Human whole blood			
Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Mercurio totale/Total mercury (1,00-80 µg/l)	MP 028 2019 Rev. 9	CVAAS	
Sangue intero umano/Human whole blood, Siero di sangue umano/Human blood serum			
Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Cadmio/Cadmium, Cobalto totale/Total cobalt, Cromo totale/Total Chromium, Manganese totale/Total manganese, Piombo totale/Total Lead, Tallio/Thallium (Cd >= 0,13 microgrammi/L, Co >= 0,17 microgrammi/L, Cr >= 0,83 microgrammi/L, Pb >= 0,69 microgrammi/L, Mn >= 0,60 microgrammi/L, Tl >= 0,10 microgrammi/L)	MP 107a 2024 Ed 2 Rev 0	ICP-MS	
Siero di sangue umano/Human blood serum			
Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Rame/Copper (30-2500 microgrammi/l)	MP 030 Rev 2/2024	FAAS	
Zinco/Zinc (40-1000 microgrammi/L)	MP 026 Rev 2/2024	FAAS	
Substrati filtranti/Filter substrates			
Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Particolato aerodisperso/Airborne particulate (0,03-10 mg/campione)	MP 012 2024 Rev. 10	Gravimetria	

Laboratorio di Sanità Pubblica Area Vasta Toscana Sud Est Strada del Ruffolo, 4 53100 Siena SI	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
	Revisione: 43	Data: 16/04/2025
	Sede A	pag. 2 di 3

Supporti da campionamento aria di ambienti di lavoro/Samples from air sampling of workplace air, Supporti da campionamento aria di ambienti di vita/Samples from air sampling of ambient air

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
1-2-dicloropropano/1-2-dichloropropane, Tetracloroetilene/Tetrachloroethene, Tricloroetilene (Trielina)/Trichloroethene (0,20-240 microgrammi/radiello per Tricloroetilene; 0,20-270 microgrammi/radiello per tetracloroetilene; 0,20-200 microgrammi/radiello per 1,2 Dicloropropano)	MP 014.2 2021 Rev. 1	GC-MS	
Amianto/Asbestos : Fibre aerodisperse di Amianto/Airborne fibres of asbestos	DM 06/09/1994 GU n 288 10/12/1994 All 2 met B (escl campionamento/except sampling)	Microscopia elettronica: SEM	
Benzene/Benzene, Etilbenzene/Ethylbenzene, Toluene/Toluene, Xileni/Xylenes (Campionatori attivi: 0,30-300 µg/campione, toluene 1,00-300 µg/campione. Radiello: 0,60-600 µg/campione)	MP 014.1 2021 Rev. 7	GC-MS	
Etanale (Acetaldeide)/Ethanal (Acetaldehyde), Metanale (Formaldeide)/Methanal (Formaldehyde) (0,150-100,0 µg/radiello)	MP 005 2023 Rev. 9	HPLC-UV-vis	
Fibre aerodisperse/Airborne fibre	DM 06/09/1994 GU n 288 10/12/1994 All 2 Met A (escl campionamento/except sampling)	Microscopia ottica: MOCF	
Radon-222/Radon-222 (100 - 6000 Bq/m ³)	UNI ISO 11665-4:2021 escl cap 6	Rivelatore ad elettretre	

Supporti da campionamento superfici ambienti del settore alimentare/Samples from surface sampling of food industry environment

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Enterobacteriaceae/Enterobacteriaceae	UNI EN ISO 21528-2:2017/EC 1:2018	Metodo colturale-conta	
Escherichia coli beta-glucuronidasi positiva a 37°C/Beta-glucuronidase-positive Escherichia coli at 37°C	ISO 18593:2018 escl cap 7 e 8 + AFNOR BIO 12/19-12/06	Metodo colturale-conta	
Microrganismi a 30°C/Microorganisms at 30°C	UNI EN ISO 4833-1:2022	Metodo colturale-conta	

Supporti da campionamento superfici di camere bianche ed ambienti controllati associati/Samples from surface of cleanrooms and associated controlled environments

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Coliformi a 37 °C/Coliforms at 37°C	UNI EN 17141:2021 Annex E (escl campionamento/except sampling) + AFNOR BIO 12/20-12/06	Metodo colturale-conta	
Enterobacteriaceae/Enterobacteriaceae	UNI EN 17141:2021 Annex E (escl campionamento/except sampling) + UNI EN ISO 21528-2:2017/EC 1:2018	Metodo colturale-conta	
Escherichia coli beta-glucuronidasi positiva a 37°C/Beta-glucuronidase-positive Escherichia coli at 37°C	UNI EN 17141:2021 Annex E (escl campionamento/except sampling) + AFNOR BIO 12/19-12/06	Metodo colturale-conta	
Microrganismi a 30°C/Microorganisms at 30°C	UNI EN 17141:2021 Annex E (escl campionamento/except sampling) + UNI EN ISO 4833-1:2022	Metodo colturale-conta	
Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie)/Coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species)	UNI EN 17141:2021 Annex E (escl campionamento/except sampling) + UNI EN ISO 6888-1:2023	Metodo colturale-conta	

Urina umana/Human urine

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Antimonio/Antimony, Arsenico totale/Total arsenic, Cadmio/Cadmium, Cobalto/Cobalt, Cromo totale/Total Chromium, Indio/Indium, Manganese/Manganese, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Platino/Platinum, Rame totale/Total copper, Tallio/Thallium (Sb=>0,050µg/l; Cd=>0,100µg/l; Co=>0,100µg/l; Cr=>0,100µg/l; In=>0,010µg/l; Mn=>0,100µg/l; Ni=>0,100µg/l; Pb=>0,500µg/l; Pt=>0,010µg/l; Tl=>0,010µg/l; As totale=>1,00µg/l; Cu totale=>1,00µg/l)	MP 107 2024 Ed. 3 Rev. 1	ICP-MS	
Benzene/Benzene, Etilbenzene/Ethylbenzene, Stirene/Styrene, Toluene/Toluene, Xileni/Xylenes (0,5-50 µg/l)	MP 058.1 2019 Rev. 4	GC-MS	
IPA/PAH : 1-idrossi-pirene/1-hydroxypyrene (0,05-60 µg/l)	MP 153 2022 Rev. 6	HPLC-FLD	
Mercurio totale/Total mercury (0,21-65,0 µg/l)	MP 041 2019 Rev. 10	CVAAS	

Laboratorio di Sanità Pubblica Area Vasta Toscana Sud Est Strada del Ruffolo, 4 53100 Siena SI	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
	Revisione: 43	Data: 16/04/2025
	Sede A	pag. 3 di 3

Legenda/Note

Il simbolo (1), se presente, indica: "Materiale/Prodotto/Matrice" non previsto dal metodo ma assimilabile/The symbol (1), if present, means: Material/Product/Matrix not provided for by the method but acceptable
Per la definizione della "categoria" di prova indicata nel titolo, si veda il Regolamento Generale ACCREDIA RG-02/For the definition of the test "category" indicated in the title, see ACCREDIA General Regulation RG-02.

Il QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per verificare la validità dell'elenco prove e del certificato di accreditamento rilasciato al laboratorio/The QRcode allows to directly access to the website www.accredia.it to verify the validity of the test list and of the accreditation certificate issued to the laboratory.

L'eventuale simbolo "X" riportato nella colonna "O&I" indica che il laboratorio è accreditato anche per fornire opinioni e interpretazioni basate sui risultati delle specifiche prove contrassegnate/Any "X" symbol in the "O&I" column indicates that the laboratory is also accredited to provide opinions and interpretations based on the results of the specific marked tests.

L'eventuale simbolo (*) indica che è attiva una sospensione dell'accREDITAMENTO per la specifica attività riportata a fianco/Any symbol (*) indicates that a suspension of accreditation is active for the specific activity shown next to it.

